黔南州人民医院

飞利浦 DSA 三年期全保维保服务相关要求

一、项目概况

我院现有在用医疗设备两台，拟采购三年期全保（全包）维保服务，现面向社会公开征集符合资质、具备相应维修能力的第三方服务商参与报价竞争。设备情况：一是飞利浦血管造影系统（DSA）FD20 型 1 台；二是配套高压注射器 Liebel-Flarsheim Angiomat Illumena 型 1 台。两台设备均于 2011 年 9 月正式投入临床使用，目前运行良好、可正常开展介入诊疗，现由原厂提供维保服务。本次拟采购第三方服务商对上述 DSA 及配套高压注射器整体承担三年全保维保。服务期暂定为三年，具体起止以合同约定为准。

二、维保服务主要内容

1. 全保范围：合同期内对 DSA 主机（高压发生器、影像采集与显示、操作台工作站等）及配套高压注射器整体负责，承担正常使用下的日常保养、故障维修、人工远程服务，保障设备开机率与图像质量满足临床要求。

2. 预防性维护：按厂家规范定期巡检保养（频次由供方承诺），并建立设备一机一档和维保记录。

3. 故障响应：提供 7×24 小时报修渠道，接报后及时电话响应并在承诺时限内到场、修复；不能及时修复的须给出修复计划与保障方案，尽量不影响手术安排。

4. 备件要求：更换配件须来源合法、可溯源。

三、供应商资格要求

1. 具有独立法人资格和有效营业执照，具备与所维保设备相适应的医疗器械经营/维修合规资质；

2. 具有 DSA 或同类影像设备维修、全保业绩及专业工程师团队，能提供业绩证明；

3. 具备备件采购与库存保障能力；

4. 接受院内合理的维保考核与付款约定，未经院方书面同意不得转包。

四、报价与响应文件要求

响应文件须加盖公章，内容包括：资质证明、同类业绩、三年全保方案及总价。

黔南州人民医院

2026 年 11 月 4 日